Conector valvulado de deslocamento positivo

Mantém o acesso fechado e, na desconexão, empurra uma pequena quantidade de fluido para dentro do cateter.

Características técnicas

Característica	Valor
Tipo de deslocamento	Positivo
Vazão por gravidade (coluna de 39,3 pol.)	260 mL/min
Volume residual	0,2 mL
Pressão suportada	Até 400 psi
Vazão a 400 psi	3.200 mL/min
Pressão de vazamento	450 psi
Ativações funcionais	200 em 7 dias
Livre de látex	Sim
Compatível com ressonância magnética	Sim, segundo o fabricante

Materiais

Componente	Material
Tampa superior	Tritan MX711 (copoliéster), grau médico
Válvula (septo)	Borracha de silicone, grau médico
Tampa inferior	Policarbonato, grau médico
Capa protetora	Polipropileno

Indicação e limitações

Finalidade	Fechar o acesso do sistema de infusão e permitir a administração de líquidos e medicamentos, e a coleta de sangue, por via intravenosa sem agulha.
Uso com	Cateter venoso central (CVC), PICC ou cateter venoso periférico.
Usuário	Profissionais de saúde treinados em terapia intravenosa.
Limitações	Contraindicado em pacientes com infarto do acesso venoso ou disfunção grave da coagulação. O uso em hemodiálise e aférese não está previsto nas instruções do fabricante. Não usar com agulha.
Troca	A cada 7 dias ou 200 conexões, o que ocorrer primeiro.

Esterilização, validade e armazenamento

Esterilização	Óxido de etileno. Estéril e apirogênico.
Validade	3 anos, contados da esterilização.
Armazenamento	0 °C a 40 °C, umidade relativa de 30% a 85%, ao abrigo da luz solar direta.
Uso	Único. Não reutilizar nem reesterilizar.

Apresentação

Unidade	Bolsa estéril de 80 × 32 mm
Caixa	100 unidades, 210 × 110 × 70 mm

Normas

- ISO 80369-7, conectores Luer para aplicações intravasculares
- ISO 13485, sistema de gestão da qualidade do fabricante
- ISO 11135, esterilização por óxido de etileno
- ISO 15223-1, símbolos da rotulagem

Importado e distribuído por Pharmazel Dispositivos Médicos Ltda, CNPJ 14.693.590/0001-90, Rodovia Antônio Heil, nº 6250, Galpão 01, Parte A9, Km 6, Itaipava, Itajaí, SC, CEP 88318-112. **Responsável técnico:** Ariane Souza Scaboro, CRF/SC nº 10390.

Valores informados pelo fabricante. Antes do uso, leia as instruções de uso. norkor.com.br · contato@norkor.com.br