Conector valvulado de deslocamento negativo

Mantém o acesso fechado e, na desconexão, pode puxar uma pequena quantidade de sangue para a ponta do cateter.

Características técnicas

Característica	Valor
Tipo de deslocamento	Negativo (0,09 mL)
Vazão (água destilada)	Mais de 200 mL/min
Espaço morto	0,006 mL
Teste de durabilidade	7 dias, 350 acessos
Pressão máxima suportada	350 psi
Livre de látex	Sim
Compatível com ressonância magnética	Sim, segundo o fabricante

Materiais

Componente	Material
Tampa superior e inferior	Policarbonato, grau médico
Válvula (septo)	Borracha sintética
Capa protetora	Polipropileno

Indicação e limitações

Finalidade	Fechar o acesso do sistema de infusão e permitir a administração de líquidos e medicamentos, e a coleta de sangue, por via intravenosa sem agulha.
Uso com	Cateter venoso central (CVC), PICC ou cateter venoso periférico.
Usuário	Profissionais de saúde treinados em terapia intravenosa.
Limitações	Contraindicado em pacientes com infarto do acesso venoso ou disfunção grave da coagulação. O uso em hemodiálise e aférese não está previsto nas instruções do fabricante. Não usar com agulha.
Troca	A cada 7 dias ou 200 conexões, o que ocorrer primeiro.

Esterilização, validade e armazenamento

Esterilização	Óxido de etileno. Estéril e apirogênico.
Validade	3 anos, contados da esterilização.
Armazenamento	0 °C a 40 °C, umidade relativa de 30% a 85%, ao abrigo da luz solar direta.
Uso	Único. Não reutilizar nem reesterilizar.

Apresentação

Unidade	Bolsa estéril de 80 × 32 mm
Caixa	100 unidades, 210 × 110 × 70 mm

Normas

- ISO 80369-7, conectores Luer para aplicações intravasculares
- ISO 13485, sistema de gestão da qualidade do fabricante
- ISO 11135, esterilização por óxido de etileno
- ISO 15223-1, símbolos da rotulagem

Importado e distribuído por Pharmazel Dispositivos Médicos Ltda, CNPJ 14.693.590/0001-90, Rodovia Antônio Heil, nº 6250, Galpão 01, Parte A9, Km 6, Itaipava, Itajaí, SC, CEP 88318-112. **Responsável técnico:** Ariane Souza Scaboro, CRF/SC nº 10390.

Valores informados pelo fabricante. Antes do uso, leia as instruções de uso. norkor.com.br · contato@norkor.com.br